

Retiro de la Acreditación del Laboratorio de ensayos – Número de acreditación LE-153

Instituto Costarricense de Electricidad – Laboratorio de Control de Calidad

Artículos, materiales o productos a ensayar o muestrear	Nombre específico del ensayo o muestreo y propiedades a ensayar o muestrear	Especificación, referencia al método y técnica utilizada	Ámbito de trabajo
Fibra óptica	Determinación del coeficiente de atenuación de fibra óptica monomodo	Método: IEC 60793-1-40:2019-03 Attenuation Measurement methods. Técnica usada: Método C: backscattering	(0,01 a 1) dB/km para longitudes de onda de 1310 nm y 1550 nm, en un intervalo de distancia de (0 a 60) km

Retirado a partir del 06 de marzo del 2026.

Verificar la condición de retiro de la acreditación en www.eca.or.cr