

Laboratorio de Calibración

LC-083



El Ente Costarricense de Acreditación, en virtud de la autoridad que le otorga la ley 10473, declara que el

Bridgestone de Costa Rica S.A. - Laboratorio de Calibración de Equipos de Medición de Bridgestone de

Ubicado en las instalaciones indicadas en el alcance de acreditación, ha cumplido con el procedimiento de evaluación y acreditación, además de los requisitos correspondientes.

Conforme con la Norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, tal como se indica en el Alcance de acreditación adjunto*

Acreditación inicial otorgada el 07 de diciembre del 2010

Vigencia por tiempo indefinido y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y funcionamiento.

[Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr](http://www.eca.or.cr)

Cynthia Jiménez Jiménez
Gerente Interina

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.o 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

*El presente certificado tiene validez con su correspondiente alcance de la acreditación



Alcance de acreditación del Laboratorio de Calibración LC-083.

Otorgado a:

Bridgestone de Costa Rica S.A. - Laboratorio de Calibración de Equipos de Medición de Bridgestone de Costa Rica.

Conforme a los criterios de la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017 requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración y los documentos del ECA para el proceso de evaluación y acreditación.

Laboratorio de calibración de equipos de medición de Bridgestone, ubicado en kilómetro 11 de la autopista General Cañas, La Rivera, Belén, Heredia, sede fija.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
3 de 9
Versión:
07

Servicio de Calibración o Medición		Nivel de Mensurando o Ámbito de calibración ¹		Condiciones de medición / Variables Independientes		Incertidumbre Expandida ² (VER NOTA 3)		Patrones de Referencia usados en la calibración	
Magnitud	Instrumento de medida / artefacto o material de referencia	Código del Procedimiento de calibración o medición	Principio de medición del método de calibración	(Valor mínimo Valor máximo) Unidad	Parámetro	Especificaciones	(Valor) Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Presión	Manómetro	IT-831-02, versión 25	Comparación contra un patrón utilizando un medio de generación de presión	(0 a 689,48) kPa	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,32 kPa	Modulo presión Peso muerto	LACOMET FLUKE
Presión	Manómetro	IT-831-02, versión 25	Comparación contra un patrón utilizando un medio de generación de presión	(690 a 3 447) kPa	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,32 kPa	Modulo presión Peso muerto	LACOMET FLUKE
Presión	Manómetro	IT-831-02, versión 25	Comparación contra un patrón utilizando un medio de generación de presión	(3 448 a 6 894,8) kPa	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,87 kPa	Modulo presión Peso muerto	LACOMET FLUKE
Presión	Manómetro	IT-831-02, versión 25	Comparación contra un patrón utilizando un medio de generación de presión	(6,89 a 34,47) MPa	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	(0,87 a 1.7) kPa	Modulo presión Peso muerto	LACOMET FLUKE

¹ Indicar las unidades.

² La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, que recibe el laboratorio. En los servicios de calibración dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo específico a calibrar (cliente), por lo que la incertidumbre reportada en los certificados de calibración entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la incertidumbre declarada en el alcance de acreditación.

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
4 de 9
Versión:
07

Servicio de Calibración o Medición		Nivel de Mensurando o Ámbito de calibración ¹		Condiciones de medición / Variables Independientes		Incertidumbre Expandida ² (VER NOTA 3)		Patrones de Referencia usados en la calibración	
Magnitud	Instrumento de medida / artefacto o material de referencia	Código del Procedimiento de calibración o medición	Principio de medición del método de calibración	(Valor mínimo Valor máximo) Unidad	Parámetro	Especificaciones	(Valor) Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	0,5 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	8,4 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	1 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	8,4 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	2 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	82 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	5 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	83 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	10 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	189 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	20 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	212 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Masa	Pesa	IT-831-68, versión 15	Comparación contra patrón de masa	25 kg	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	228 mg	Pesa OIML F1, según fabricante	Laboratorio calibración equipos BCR
Dimensional longitud	Medidor de profundidad	IT-831-33, versión 18	Comparación contra bloques patrón	(0 a 25) mm	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0.006 mm	Juego de bloques patrón	CENAM SCM Metrología y laboratorios

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
5 de 9
Versión:
07

Servicio de Calibración o Medición		Nivel de Mensurando o Ámbito de calibración ¹		Condiciones de medición / Variables Independientes		Incertidumbre Expandida ² (VER NOTA 3)		Patrones de Referencia usados en la calibración	
Magnitud	Instrumento de medida / artefacto o material de referencia	Código del Procedimiento de calibración o medición	Principio de medición del método de calibración	(Valor mínimo Valor máximo) Unidad	Parámetro	Especificaciones	(Valor) Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Dimensional longitud	Pie de Rey	IT-831-12, versión 21	Comparación contra bloques patrón	(0 a 1 000) mm	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,008 mm	Juego de bloques patrón	CENAM SCM Metrología y laboratorios
Dimensional longitud	Cinta Métrica y reglas	IT-831-20 versión 21	Comparación contra banco regla patrón	(0 a 1 000) mm	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,10 mm	Regla Patrón	SCM Metrología y laboratorios
Dimensional longitud	Transportador	IT-831-19, versión 20	Comparación contra patrón	(0 a 360) °	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,14 °	Goniómetro Patrón	CENAM SCM Metrología y laboratorios
Temperatura	RTD y Termocupla	IT-831-25, versión 21	Comparación contra patrón de temperatura, utilizando un medio isotérmico	(0 a 90) °C	Temperatura humedad relativa	(23 ± 3) °C menor a 80 %	0,067 °C	Pozo seco Pozo húmedo Sensor Patrón	LACOMET SCM Metrología y Laboratorio S.A Laboratorio Bridgestone CR

Nota: La incertidumbre expandida se obtuvo con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de cobertura de 95 %.

Laboratorio de calibración de equipos de medición de Bridgestone, calibraciones que se realizan en sitio de cliente o in situ

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
6 de 9
Versión:
07

Servicio de Calibración o Medición		Nivel de Mensurando o Ámbito de calibración ³		Condiciones de medición / Variables Independientes		Incertidumbre Expandida ⁴ (VER NOTA 3)		Patrones de Referencia usados en la calibración	
Magnitud	Instrumento de medida / artefacto o material de referencia	Código del Procedimiento de calibración o medición	Principio de medición del método de calibración	(Valor mínimo Valor máximo) Unidad	Parámetro	Especificaciones	(Valor) Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Fuerza	Maquina 4 posiciones 1	IT-831-22, versión 25	Comparación contra celda de carga	(1 112 a 15 568,8) N	Temperatura humedad relativa	(28 ± 8) °C menor a 80 %	6,5 N	Celda de carga patrón	Transcat Lanamme UCR
Fuerza	Maquina 4 posiciones 2	IT-831-76, versión 17	Comparación contra celda de carga	(2 224 a 80 068) N	Temperatura humedad relativa	(27 ± 7) °C menor a 80 %	73 N	Celda de carga patrón	Transcat Lanamme UCR
Fuerza	Maquina 8 posiciones	IT-831-42, versión 21	Comparación contra celda de carga	(1 335 a 17 015) N	Temperatura humedad relativa	(27 ± 7) °C menor a 80 %	6,5 N	Celda de carga patrón	Transcat Lanamme UCR
Fuerza	Plunger	IT-831-21, versión 23	Comparación contra celda de carga	(4 413 a 53 937) N	Temperatura humedad relativa	(26 ± 6) °C menor a 80 %	11 N	Celda de carga patrón	Transcat Lanamme UCR
Masa	Romana digital (Instrumento para pesaje no automático)	IT-831-03, versión 26	Comparación contra patrones de masa	(0,001 a 64) kg	Temperatura humedad relativa	(25 ± 5) °C menor a 80 %	(1,9 a 10) g	Pesas patrón	SCM Metrología y Laboratorio S.A. Bridgestone CR

³ Indicar las unidades.

⁴ La Incertidumbre para la CMC incluye la componente al presupuesto de incertidumbre debida al mejor Instrumento o artefacto a calibrar, que recibe el laboratorio. En los servicios de calibración dicha componente es sustituida por la aportada por el equipo específico a calibrar (cliente), por lo que la incertidumbre reportada en los certificados de calibración entregados a los clientes, puede ser mayor o igual a la incertidumbre declarada en el alcance de acreditación.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
7 de 9
Versión:
07

Servicio de Calibración o Medición		Nivel de Mensurando o Ámbito de calibración ³		Condiciones de medición / Variables Independientes		Incertidumbre Expandida ⁴ (VER NOTA 3)		Patrones de Referencia usados en la calibración	
Magnitud	Instrumento de medida / artefacto o material de referencia	Código del Procedimiento de calibración o medición	Principio de medición del método de calibración	(Valor mínimo Valor máximo) Unidad	Parámetro	Especificaciones	(Valor) Unidades	Patrón	Fuente de trazabilidad
Masa	Romana digital (Instrumento para pesaje no automático)	IT-831-03, versión 26	Comparación contra patrones de masa	(64,001 a 200) kg	Temperatura humedad relativa	(25 ± 5) °C menor a 80 %	(98 a 100) g	Pesas patrón	SCM Metrología y Laboratorio S.A. Bridgestone CR
Velocidad	Indicador de velocidad	IT-831-16, versión 21	Comparación utilizando un tacómetro	(0 a 98,34) m/s	Temperatura humedad relativa	(27 ± 7) °C menor a 80 %	0,017 m/s	Tacómetro Patrón	SCM Metrología y Laboratorio S.A.

Nota: La incertidumbre expandida se obtuvo con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de cobertura de 95 %.

Fecha	Modificación
2024.06.05	Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización de la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, N° 10473
2024.03.06	Se modifica el alcance de acreditación debido a la reducción voluntaria del alcance, para la calibración de presión en sitio de cliente, mediante instructivo IT-831-02. Lo anterior fue aprobado por Comisión de Acreditación en sesión CA-007-2024.
2024.02.14	Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización del ámbito de trabajo para el método IT-831-16 así como la mejora en incertidumbres del método IT-831-02
2024.02.05	Se modifica el alcance de acreditación para actualizar versión de procedimientos y ajuste de incertidumbre de los métodos de calibración: IT-831-02 e IT-831-20
2023.02.02	Se modifica el alcance de acreditación para actualizar las versiones de los procedimientos IT-831-19 e IT-831-25 así como la modificación de la mejor incertidumbre del método de calibración IT-831-25
2021.03.10	Se modifica el alcance de acreditación debido a la actualización del logo del ECA.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Alcance de la Acreditación y Certificado de Acreditación

Código N° :
ECA-MP-P09-F01
Fecha de entrada en vigencia:
2020.12.17

Páginas:
8 de 9
Versión:
07

2020.08.26	Se modifica el alcance de acreditación debido a la transición a la norma INTE/ISO/IEC 17025:2017, además, se actualiza el formato de alcance a la versión 06 del documento de ECA.
2020.04.15	Se modifican las versiones de los siguientes procedimientos: IT-831-02, IT-831-68, IT-831-33, IT-831-12, IT-831-20, IT-831-19, IT-831-25, IT-831-22, IT-831-76, IT-831-42, IT-831-21, IT-831-03, IT-831-16.
2019.12.17	Se modifica el alcance de acreditación por mejoras en la incertidumbre de calibración de velocímetros, además, se hacen modificaciones
08.04.2019	Se actualiza la mejor incertidumbre de medición para la calibración de medidores de velocidad, procedimiento IT-831-16.
04.12.2018	Se actualiza el alcance de acreditación por modificaciones en las CMC de pesas. Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V05.
02.10.2018	Se modifica el alcance de acreditación producto de cambios en los niveles de mensurando, el valor de incertidumbre, los patrones y la fuente de trazabilidad para masas, así como, para el valor de incertidumbre, los patrones y la fuente de trazabilidad para temperatura, como resultado de la última evaluación. Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V04
14.05.2018	Se modifica el alcance de acreditación por las instalaciones de ejecución de calibración de velocidad.
18.12.2017	Se modifica alcance de acreditación por cambios de trazabilidad y un error en el control de cambios
30.10.2017	Se modifica alcance de acreditación por mejoras de las CMC.
09.11.2016	27.10.2016: Reducción de alcance, para la calibración de nivel. Se modifica el ámbito mínimo de balanzas
29.02.2016	Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V03 Se modifican datos del alcance de acreditación.
13.04.2015	Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V02 Adicionalmente se modifica la incertidumbre de la magnitud de velocidad por mejor desempeño de equipo calibrado y mejoras en la estimación de incertidumbre
08.10.2014	Se actualiza la referencia del alcance ECA-MP-P09-F04 V01 Se modifican datos de la magnitud de temperatura
02.06.2014	Revisión y actualización de CMC, según solicita la política ECA-MC-PO02.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

18.12.2013	10.12.2013: Reducción de alcance, para la calibración de Termómetro Líquido en vidrio.
05.08.2013	Se actualiza alcance de acreditación en cumplimiento de la política ECA-MC-P02 Política de incertidumbre de las mediciones versión 02.
28.06.2012	Cambio en el formato cumpliendo con la política ECA-MC-PO02 Política de incertidumbre de las mediciones.

Acreditado a partir del

07 de diciembre del 2010

Vigencia por tiempo indefinido, y está sujeta a las evaluaciones de seguimiento y reevaluación establecidos de acuerdo a los procedimientos del ECA y su reglamento de estructura interna y funcionamiento.

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr

Ampliaciones:

No aplica

(Ver alcance de acreditación original y cuadro de modificación de alcance).

Cynthia Jiménez Jiménez
Gerente Interina

El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.

Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA, para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr